



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Segredo - RS

Sexta-feira, 16 de maio de 2025

Edição nº 611



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO

RETIFICAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025

O Município de Segredo, por meio do Prefeito Municipal, Sr. Claudio Antonio Trevisan, no uso de suas atribuições legais,

RETIFICA o **DESCRIPTIVO** do **Item 43** do Edital de Pregão Eletrônico nº 07/2025, que passa a ter a seguinte redação:

"DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: Equipamento com tecnologia de onda bifásica não pesando mais que 2,4kg. Identificar e interpretar automaticamente o traçado do ECG do paciente através de pás adesivas multifunções, que devem ser descartáveis, auto aderentes. Pás adesivas com cabo de conexão universal. Capacidade para desfibrilação pediátrica, através de descarga de energia reduzida em no máximo 50J. Para paciente adulto, energia de no máximo de 200J. Indicador de status, indicador de status da bateria, indicador de manutenção, indicador de verificação das pás, indicadores de colocação das pás, indicador de botão de choque, indicador de modo criança; memória interna para no mínimo 3 registros de ECG de ao menos 30 minutos cada, com anotações para um registro; Ser capaz de auxiliar o socorrista a realizar RCP através de comando de voz em português, de forma detalhada, para guiar o usuário durante todo ciclo de ressuscitação. Possuir sistema de aviso sonoro e visual caso o aparelho necessite de manutenção, e também quando a bateria estiver fraca. Sinalização luminosa ou sonora para verificação da bateria, circuitos internos e calibração. Construído em material resistente a impactos. Indicador de status do equipamento externo. Padrão de resistência IP55. Bateria de fácil e rápida troca, sem necessidade de ferramentas; Possuir bateria independente da pá descartável, com vida útil de no mínimo 200 choques, 4 anos no modo espera e 7,5 horas de monitorização de ECG; Desde a inicialização do AED até estar pronto para realizar uma descarga de 200 J não deve ultrapassar 10 segundos. Deve realizar autoteste diário e mensal. Deve possuir comunicação bluetooth, infravermelho ou wi-fi para transferência de dados. Garantia de no mínimo 5 anos do aparelho comprovado em manual da Anvisa. Registro na ANVISA. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 bateria descartável, 1 par de pás descartáveis adulto/pediátrica, 01 manual do operador."

RETIFICA o **DESCRIPTIVO** do **Item 14** do Edital de Pregão Eletrônico nº 07/2025, que passa a ter a seguinte redação:

"COMPUTADOR SERVIDOR: especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. computador servidor com 02 (dois) processador que possua no mínimo 8 núcleos, 16 threads, frequência baseada de 2.1 ghz e turbo boost 3ghz; memória ram de 64 gb, ddr4, ecc 2133 mhz (4 módulos de 16 gb), discos de armazenamento: 2 x 960 gb ssd categoria enterprise, interface sas 6 g, controladora de disco cache 512 mb não volátil (raid 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60), unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom conexão sata, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2 com fio e mouse óptico usb, 800 dpi, 2 botões mais scroll - com fio, interfaces de rede 2 x rede 10/100/1000 (integrada) -

Rua Padre João Pasa, nº 10 - Fone/Fax: (51) 3745-1001 - Cep: 96.810-000 - Segredo/RS. E-mail: compras@segredors.com.br



O Município de Segredo - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.segredo.rs.gov.br no link Diário Oficial.

Página 1 de 2.



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Segredo - RS

Sexta-feira, 16 de maio de 2025

Edição nº 611



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO

failover e balanceamento, interfaces de vídeo integrada à cpu de 16 mb, alimentação elétrica 2 fontes redundantes certificação 80 plus, sistema operacional windows server 2025 essentials ou superior, equipamento com certificação microsoft windows server, red hat enterprise linux, suse linux enterprise, gabinete torre ou rack, deverá acompanhar todos os cabos para instalação e funcionamento do equipamento, todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento."

Em virtude da retificação do Edital a abertura da Sessão do Pregão Eletrônico N° 07/2025 será no **dia 28 de maio de 2025, às 9 horas**, no Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL, www.bll.org.br.

As demais disposições do Edital permanecem inalteradas.

CLAUDIO ANTONIO
TREVISAN:2284446
5072

Assinado de forma digital
por CLAUDIO ANTONIO
TREVISAN:22844465072
Data: 2025.05.16
15:51:16 -03'00'

Segredo, 16 de maio 2025.

CLAUDIO ANTONIO TREVISAN
Prefeito Municipal